【产品名称】清洗液 Wash 1
【产品编号】03773025
【包装规格】2 × 2500 mL/ 瓶
【医疗器械备案凭证编号 / 产品技术要求编号】
国械备 20160680 号
【备案人 / 生产企业名称】美国西门子医学诊断股份有限公司
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
【住所】511 Benedict Avenue, Tarrytown, New York 10591, USA
【生产地址】8365 Valley Pike, Middletown, VA 22645 USA
【联系方式】www.siemens.com/diagnostics

【批号LOT、储存条件】见外包装盒上相应标注
【失效日期】产品在 所示日期之后失效
【禁忌症、警示、注意事项、符号说明及其它内容】详见说明书
【代理人 / 售后服务单位名称】西门子医学诊断产品（上海）有限公司
【住所】中国（上海）自由贸易试验区加太路 78 号第一幢第一层 Q1 部位
【联系方式】400-810-5888

10319550_03773025_SHD_20180418_CNA

SIEMENS Healthineers

清洗液说明书

【产品名称】
通用名称 : 清洗液
英文名称 : Wash 1

【包装规格】
2 × 1500 mL/ 瓶；2 × 2500 mL/ 瓶。

【预期用途】
用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。

【主要组成成份】
磷酸盐缓冲盐水，含叠氮钠 (< 0.1%) 和表面活性剂

【储存条件及有效期】
在 2~25℃的环境中保存，有效期 18 个月。

【适用仪器】
化学发光免疫分析系统：ADVIA Centaur、ADVIA Centaur XP、ADVIA Centaur XPT 和 ADVIA Centaur CP。

【检验方法】
请参照 ADVIA Centaur、ADVIA Centaur XP、ADVIA Centaur XPT 和 ADVIA Centaur CP 全自动化学发光免疫分析仪操作手册描述的方法进行操作。

【产品性能指标】
外观：含泡沫的澄清无色液体。
pH 值： 在 25 ± 1℃条件下的 pH 应在 7.1~7.3 之间。

【注意事项】
该产品仅用于体外诊断

【标识的解释】
以下符号可能出现在产品的标签上：

符号说明	定义
IVD	体外诊断医疗设备
	法定生产商
CE	CE 标志
	参照说明书
	不可冷冻 (> 0° C)
	避光保存
	有效期
YYYY-MM-DD	日期格式（年 - 月 - 日）
LOT DTL	批号详情
	回收
REF REF	货号
EC REP	欧洲共同体授权代表
CE 0088	附第三方认证机构识别号的 CE 标志
	生物危害
	温度限值
	直立储存
LOT	批号
Rev.	版本号
	绿点
PRINTED WITH SOY INK	大豆油墨印刷

【基本信息】

备案人 / 生产企业名称：美国西门子医学诊断股份有限公司
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

住所：511 Benedict Avenue, Tarrytown, New York 10591, USA

生产地址：8365 Valley Pike, Middletown, VA 22645 USA

联系方式： 电话：001-914-524-2167，

传真号码：001-914-524-2500

网址：www.siemens.com/diagnostics

售后服务单位名称：西门子医学诊断产品（上海）有限公司

联系方式：400-810-5888

代理人的名称：西门子医学诊断产品（上海）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区加太路 78 号第一幢第一层 Q1 部位

联系方式：400-810-5888

【医疗器械备案凭证编号 / 产品技术要求编号】

国械备 20160680 号

【说明书核准及修改日期】

核准日期：2016 年 5 月 13 日

修改日期：2018 年 4 月 18 日